



ATTI n. 1.6.03\287-2016

PROCEDURA APERTA PER L'AGGIORNAMENTO DELLE DUE SALE OPERATORIE INTEGRATE DELLA FONDAZIONE, MEDIANTE L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE "SINTEL" – CIG 67650908DE

CHIARIMENTI AI QUESITI FORMULATI DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE

DOMANDA N. 1

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

- 1) Si richiede Allegato 2 schede tecniche in formato editabile.
- 2) Si richiede di specificare se il Codice Civab richiesto nell'allegato 2 deve essere fornito e se è un refuso.
- 3) Si richiede di confermare che in entrambe le sale oggetto di aggiornamento sia presente una telecamera chirurgica/scialitica in HDTV di produzione Trumpf con controllo della esistente per ciascuna sala.

RISPOSTA

Di seguito le risposte ai chiarimenti:

- 1) Non è possibile avere l' Allegato 2 in formato editabile.
- 2) Si conferma che la richiesta di codice CIVAB è un refuso.
- 3) Si conferma la presenza delle telecamere chirurgiche/scialitica in HDTV di produzione Trumpf.