

PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA PER L'ACQUISIZIONE MEDIANTE NOLEGGIO DI PROCESSORI AUTOMATICI DI PREPARATI ISTOLOGICI COMPRENSIVI DI MATERIALE DI CONSUMO, OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI (ENTE CAPOFILA), ALL'A.S.S.T. FATEBENEFRAPELLI SACCO E ALL' A.S.S.T. MONZA (ENTI AGGREGATI), PER UN PERIODO DI 5 ANNI, MEDIANTE L'UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE "SINTEL" - CIG 7384705359

CHIARIMENTI AI QUESITI FORMULATI DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE

DOMANDA n. 14

In relazione all'art.19 — Integrazione con il servizio ICT (Information Communication Technology) e SIA — del Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d'Oneri - nel quale viene richiesta *"..l'integrazione all'applicativo dipartimentale di laboratorio in uso garantendo l'integrazione anche in caso di aggiornamenti sia dello strumento che dell'applicazione di laboratorio "* siamo a chiedere, vista la natura della strumentazione richiesta e visto che nella sezione CAPITOLATO TECNICO ai punti Caratteristiche tecniche minime - Caratteristiche tecniche oggetto di valutazione - Caratteristiche migliorative non è menzionata nè dettagliata alcuna richiesta di collegamento, se tale integrazione è da considerarsi non applicabile.

RISPOSTA A.S.S.T. FATEBENEFRAPELLI SACCO

La richiesta riportata nel disciplinare di gara di "integrazione all'applicativo di laboratorio in uso..." è stato un refuso. Vale quindi quanto scritto nel capitolato e tale integrazione deve essere considerata non applicabile.

DOMANDA n. 16

Tutti i reagenti richiesti dal capitolato di gara devono essere certificati secondo la normativa CE IVD per i diagnostici in vitro?

RISPOSTA ASST MONZA

Per la questione proposta occorre attenersi alla normativa vigente in materia.

DOMANDA n. 17

In relazione alla procedura in oggetto ed a seguito dei sostanziali chiarimenti pervenutoci in data 22 e 23 Marzo u.s, siamo cortesemente a richiedere un ulteriore differimento dei termini di scadenza della presentazione dell'offerta anche in vista delle imminenti festività.

RISPOSTA

La richiesta non può essere accolta.

27.03.2018